

รายงานแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-1 Rapid Recency Test ครั้งที่ 1/2564

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปข้อมูลผลการทดสอบตัวอย่างทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-1 Rapid Recency Test ครั้งที่ 1/2564 ในโครงการส่งเสริมคุณภาพและสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก กับค่ากำหนดที่ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีสมาชิกเข้าร่วมแผนฯ จำนวน 11 แห่ง รายงานผลกลับ จำนวน 11 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทั้งหมดของสมาชิก เปรียบเทียบกับค่ากำหนดของตัวอย่าง

| ข้อมูลห้องปฏิบัติการ | | | | ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Member code | Reagent Lot | Exp date | Tested date | R641-1 ค่ากำหนด Long term | R641-2 ค่ากำหนด Negative | R641-3 ค่ากำหนด Long term | R641-4 ค่ากำหนด Recent | R641-5 ค่ากำหนด Recent |
| HR001 | P-MF0901 | 20-Apr-22 | 12-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR002 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 12-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR003 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 12-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR004 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 11-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR005 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 14-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR006 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 31-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR007 | P-MF0901 | 20-Apr-22 | 12-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR008 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 13-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR009 | 3087 | 20-Apr-22 | 25-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR010 | P-MF0901 | 20-Apr-22 | 20-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| HR011 | P-MG0110 | 14-Jan-22 | 12-Jan-21 | Long term | Negative | Long term | Recent | Recent |
| จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบ | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| จำนวนห้องปฏิบัติการที่รายงานผลสอดคล้องกับค่ากำหนด | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่รายงานผลสอดคล้องกับค่ากำหนด | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

ผู้อนุมัติรายงาน



(นางสาวสุภาพร สุภารักษ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ