


รายงานแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-1 Rapid Recency Test ครั้งที่ 3/2564

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปข้อมูลผลการทดสอบตัวอย่างทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-1 Rapid Recency Test ครั้งที่ 3/2564 ในโครงการส่งเสริมคุณภาพและสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก กับค่ากำหนดที่ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีสมาชิกเข้าร่วมแผนฯ จำนวน 12 แห่ง รายงานผลกลับ จำนวน 12 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทั้งหมดของสมาชิก เปรียบเทียบกับค่ากำหนดของตัวอย่าง

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ				ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิก				
Member code	Reagent Lot	Exp date	Tested date	R643-1 ค่ากำหนด Long term	R643-2 ค่ากำหนด Recent	R643-3 ค่ากำหนด Recent	R643-4 ค่ากำหนด Long term	R643-5 ค่ากำหนด Negative
HR001	P-MF0901	20-Apr-22	2-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR002	P-MG0704	17-Apr-22	4-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR003	P-MG0704	17-Apr-22	2-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR004	P-MG0704	17-Apr-22	9-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR005	P-MF0901	20-Apr-22	6-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR006	P-MF0901	20-Apr-22	2-Jun-21	Long term	Recent	Long term	Long term	Negative
HR007	P-MG0110	14-Jan-22	7-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR008	P-MG0110	14-Jan-22	3-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR009	P-MF0901	20-Apr-22	13-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR010	P-MG0704	17-Apr-22	4-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR011	P-MG0704	17-Apr-22	9-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
HR012	P-MG0110	14-Jan-22	7-Jun-21	Long term	Recent	Recent	Long term	Negative
จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทำทดสอบ				12	12	12	12	12
จำนวนห้องปฏิบัติการที่รายงานผลสอดคล้องกับค่ากำหนด				12	12	11	12	12
ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่รายงานผลสอดคล้องกับค่ากำหนด				100.00	100.00	91.67	100.00	100.00

ผู้อนุมัติรายงาน


 (นางสาวสุภาพร สุสารักษ์)

 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ