



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

หมายเลขรายงาน: 65-001
วันที่ออกรายงาน: 19 เมษายน 2565

รายงานการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพ

ชุดตรวจ HIV-1 Rapid Test for Recent Infection ครั้งที่ 1/2565

รายงานสรุปข้อมูลผลการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมการตรวจ HIV-1 Rapid Test for Recent Infection จำนวน 48 ห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีในภูมิภาค ผลการทดสอบและคะแนนการประเมินผลการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบัติการแสดงในตาราง ดังนี้

Member code	Testing Information			Testing Result			Evaluation		
	Reagent Lot	Exp Date	Testing Date	QC Negative	QC Recent	QC Long term	การตอบกลับ (5 คะแนน)	ความถูกต้อง (5 คะแนน/ตัวอย่าง)	คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
HR001	ML0910	02/08/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR002	MM1520	02/08/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR003	MM1520	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR004	MM1520	02/08/22	07/07/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR005	P-MG0704	17/04/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR006	MM1520	02/08/22	01/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR007	MM1520	02/08/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR008	ML0910	02/08/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR009	ML0901	02/08/22	13/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR010*	MM1520	02/08/22	18/04/22	LT	Recent	LT	5	10	15
HR011	MM1520	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR012	MM1520	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR013	122021	30/04/65	12/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR014	MM1520	02/08/22	11/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR015	mm1520	18/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR016	ML0910	02/08/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR017	ML0910	02/08/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR018	MM1520	02/08/22	09/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR019	MM1520	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR020	ML0910	02/08/22	10/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR021	ML0910	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR022	ML0910	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR023	ML0910	02/08/22	11/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR024	MM1104	20/09/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR025**	MM1104	20/09/22	11/04/22	Neg	Recent	LT	5	10	15
HR026	MM1104	20/09/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR027	ML0910	02/08/65	08/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR028	ML0910	02/08/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR029	ML0910	02/08/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR030	NA1304	20/09/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR031	NA 1304	20/09/22	15/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR032	MM1104	20/09/22	14/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20

Member code	Testing Information			Testing Result			Evaluation		
	Reagent Lot	Exp Date	Testing Date	QC Negative	QC Recent	QC Long term	การตอบกลับ (5 คะแนน)	ความถูกต้อง (5 คะแนน/ตัวอย่าง)	คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
HR033	MM1104	20/09/22	11/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR034	MM1104	20/09/22	08/04/23	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR035	MM1104	20/09/22	13/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR036	MM1104	20/09/22	11/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR037	ML0910	02/08/22	07/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR038	ML0910	02/08/22	11/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR039	MM1520	02/08/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR040	MM1520	02/08/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR041	MM1520	02/08/65	07/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR042	NA1304	20/09/22	18/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR043	MM1104	20/09/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR044	NA1304	20/09/22	08/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR045	NA1304	20/09/22	12/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR046	MM1520	02/08/22	11/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR047	910	02/08/22	16/04/22	Neg	Recent	LT	5	15	20
HR048	ML0910	02/08/22	07/04/65	Neg	Recent	LT	5	15	20

*HR010 ตัวอย่าง QC Negative ลงผลทดสอบเป็น Negative แต่แปลผลเป็น Long term

**HR025 ตัวอย่าง QC Negative ลงผลทดสอบเป็น Long term แต่แปลผลเป็น Negative

รายงานโดย

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์